



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



uca
Unidad Centralizada de Adquisición
Ministerio de Economía y Finanzas



República Oriental del Uruguay
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Secretaría

Montevideo, 11 de marzo de 2014

COMUNICADO N° 1

LLAMADO N° 3/2014 "SUMINISTRÓ DE INSUMOS DE LABORATORIO"

En función de consultas formuladas, la Comisión Asesora Técnica (CAT) realiza las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego:

Ítem 93 - Frasco plástico 100cc c/tapa rosca

Consulta: ¿Son frascos estériles? Tienen que tener etiqueta? Son similares a los frascos de orina?

Respuesta: Los frascos demandados son estériles. El proveedor podrá ofertar con y sin etiqueta. Son frascos similares a los de orina.

Ítem 113 - Hisopo estéril para toma ureteral con transporte

Consulta: ¿Que medio de transporte es? ¿El hisopo es de algodón o de dracón?

Respuesta: En general se utiliza medio de transporte Stewart. El hisopo es preferible sea dracón pero se pueden cotizar ambas opciones.

Ítem 114 - Hisopo estéril sin transporte con tubo

Consulta: ¿El hisopo es de algodón o de dracón?

Respuesta: Es preferible sea dracón, pero pueden cotizarse ambas opciones.

Ítem 117 - Hisopo estéril fino de torunda de dracón con medio de transporte.

Consulta: ¿Que medio de transporte es?

Respuesta: El medio de transporte solicitado es Stewart.

Ítem 181 - Pipeta descartable estéril de 1 ml

Consulta: ¿Son pipetas pasteur o pipetas serológicas graduadas?

Respuesta: Son pipetas serológicas graduadas.

Ítem 204 - Placa de Elisa fondo plano tipo Nunc Poli Sorp

Consulta: ¿Que significa esa descripción?

Respuesta: Hubo un error en la descripción, Nunc es una marca comercial (Nunc Maxi Sorp). Por lo que el objeto de compra se define de la siguiente manera: Ítem 204 - "Placa para Elisa de fondo plano".

La característica que deben tener estas placas es que su superficie debe tener gran afinidad por moléculas hidrofóbicas.

Ítems 207, 208 y 209 - Policubetas de 96 secciones fondo en U, V y plano

Consulta: ¿Se refieren a microplacas enteras o a las que se pueden separar en pocillos de 8 unidades?

Respuesta: Es preferible que se coticen las que se pueden separar en pocillos de 8 ya que se trabaja de una manera más adecuada y con menos desperdicio.

Ítems 253 al 262 - Punteros

Consulta: ¿Los punteros deben venir en rack o en bolsa?

Respuesta: Los mismos deben venir en rack.

Ítems 269 - Sistema de punción venosa por laser dirigido a recién nacidos pediatría y oncología

Consulta: ¿Se refiere a la forma de visualizar las venas para la punción?

Respuesta: Si.

Ítems 308 - Tubo Hemolisis plástico transp. C/tapón 75mm X 100

Consulta: ¿Es correcta la medida de 75 x 100 mm o lo correcto sería 75 x 10 mm?

Respuesta: Hubo un error en la descripción, la medida correcta es de 75 X 10 mm.


Ítems 309 - Tubo Khan Polipropileno

Consulta: ¿La medida del tubo es de 12 x 75 mm?

Respuesta: Si.

El presente Comunicado forma parte del correspondiente Pliego de Condiciones Particulares.


Esc. GUSTAVO BALDASSARI
Gerente de Insumos Médicos de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones
Ministerio de Economía y Finanzas


Cra. SOLANGE NOGUES
Directora Ejecutiva de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones del
Ministerio de Economía y Finanzas