

Montevideo, 17 de agosto de 2010.

A LOS SEÑORES PROVEEDORES

LLAMADO 14/2010 SUMINISTRO DE REACTIVOS DE HEMOTERAPIA

En virtud de notas de los Proveedores solicitando aclaración sobre algunos ítems se comunican las siguientes aclaraciones:

Item 1 “Agitador Plaquetario”: Las características generales del mismo son: Capacidad 48 unidades concentradores plaquetarios de Banco, así como admitir la conservación de Conc. Plaquetarios de Aféresis, bajo nivel de ruido, ofrecer la posibilidad de que sea con cámara termostatizadora y sin ella.

Así cada Unidad cubriría sus necesidades específicas. Como son varios los Organismos que lo adquieren sería conveniente cotizar con o sin termostatizar ya que de esta manera cada uno puede adquirir el que mejor se adapte a las necesidades del Centro.

Item 5 “Balanza agitadora para extracción de sangre”: Se deben especificar todas las cualidades desde la posibilidad de trabajo conectado a 220 o portátil por trabajar a batería, las alarmas que tiene bajo flujo de extracción, fin de la extracción, si muestra tiempo de extracción, posibilidad de interfase con software etc.

Item 7 y 8 “Bolsas para extracción de sangre con SAG manitol tipo triple y cuadruple”: el anticoagulante es CPD

Items 17 al 20 Centrifuga de tubos: Aparecen en los distintos ítems según la capacidad. Deben prever datos como gabinete metálico con terminación en el interior y exterior, pintura tipo epoxi, cabezal extraíble para limpieza, tapa con traba de seguridad electromagnética, sensor de desbalanceo con interrupción de funcionamiento, panel de tubos de una capacidad de hasta 12 ml con un alto de 10 cms aproximadamente y un diámetro de 1.2 cms aprox. Velocidad de 0 rpm a 6000 rpm, permitiendo selección con alta resolución. Timer de 0 a 60 minutos.

Las centrifugas son solicitadas por distintos servicios por lo que se sugiere presentar todas las variantes al ítem así como también panel digital o análogo.

Item 22 Crioboxes: los criotubos aparecen de 1.8 ml y los porta crioviales son mínimo para 81 muestras.

Con respecto a la centrifuga de microplaca sólo la capacidad de 4 a 6 microplacas la características de gabinete metálico, motor silencioso, tapa con traba de seguridad.

Item 28: Equipo de transfusión tipo sin válvula de aire: la medida de la aguja con la que se debe presentar ese equipo estaría bien con aguja de 18G.

Items 40/42/43 Filtros: cotizar los dos tipos de laboratorio y de lado de cama de paciente.

Item 94 Propipetas: son pipetas electrónicas para Laboratorio de serología y Laboratorio de inmunohematología. NO ES para pipetas de vidrio.

Items 101 y 102 Sellador de bolsas de sangre tipo portátil y tipo mesa. Los selladores de bolsas de sangre o de kits de aféresis variables funcionamiento a corriente eléctrica para el fijo y a pila o batería para el portátil.

Las **pipetas** son automáticas y los punteros son para pipetas automáticas

Para el **equipamiento** sería más conveniente la cotización PLAZA para que sea viable la adquisición por todos los Servicios.

Item 151: Termómetro para equipo para Heladera. Son demandados por varios Organismos por lo que el ítem está abierto a que se presenten diferentes variantes. El SNS como ejemplo necesita termómetros de control de temperaturas equipos de frío y baño maría electrónicos con registro de max y min.

Item 167 Caja Isotérmica para traslado: Son para el traslado de Plasmas Frescos de a -30° y otros hemocomponentes sangre desplasmatizada o total 4°C o concentrados plaquetarios a 20°.

Las cantidades dependerán de las necesidades de los solicitantes y no tienen porque ser en una única entrega.

Saluda a Uds. muy atentamente



Esc. Gustavo Baldassari